



Pregoeiro Ciscopar <pregoeiro@ciscopar.com.br>

Esclarecimento - Pregão Eletrônico 21/2025.

3 mensagens

Albert Fernandes <licitacoes@zmhospitar.com.br>
Para: "pregoeiro@ciscopar.com.br" <pregoeiro@ciscopar.com.br>

20 de outubro de 2025 às 16:07

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Em atenção ao edital do certame em referência, vimos, respeitosamente, solicitar esclarecimento acerca da exigência constante do descritivo dos itens 26 e 27, que determina que o teste biológico seja compatível com a incubadora auto-reader Clean Test.

Em consulta a informações técnicas disponíveis publicamente, constata-se que a referida incubadora possui compatibilidade com indicadores da própria marca/modelo Clean Test, o que, na prática, poderá restringir a competitividade do certame, uma vez que existem outros indicadores biológicos de leitura rápida que possuem as mesmas características funcionais, metodológicas e desempenho técnico, atendendo aos requisitos de segurança e eficácia exigidos pela norma ANSI/AAMI/ISO 11140-4.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de esclarecer se serão aceitos indicadores biológicos de leitura rápida equivalentes, desde que cumpram integralmente as especificações técnicas, de desempenho e normas aplicáveis, ainda que sua compatibilidade com a incubadora Clean Test dependa de verificação técnica ou teste prévio.

A presente solicitação visa assegurar a ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Atenciosamente,

ALBERT FERNANDES
Assistente de Licitações

 (44) 3225 3799
 (44) 9 9803 3837
 licitacoes@zmhospitar.com.br



 **LGPD**
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

 **ZM HOSPITALAR**

Pregoeiro Ciscopar <pregoeiro@ciscopar.com.br>
Para: Albert Fernandes <licitacoes@zmhospitar.com.br>

21 de outubro de 2025 às 08:13

Bom dia!!

Serão aceitas as propostas conforme as especificações descritas no edital, devendo ser diligenciadas pela Pregoeira as devidas fichas técnicas completas dos produtos ofertados, contendo as informações precisas e a declaração de compatibilidade ou de equivalência comprovável com a incubadora Auto-Reader Clean test. Destacamos que o objetivo da Administração é garantir a ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, observando o princípio da isonomia e da estrita vinculação ao instrumento convocatório. Ressaltamos, ainda, que o CISCOPAR já possui o referido equipamento, motivo pelo qual a exigência de compatibilidade visa assegurar a eficiência, segurança e rastreabilidade dos processos de esterilização já implantados.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Albert Fernandes <licitacoes@zmhospitalar.com.br>
Para: Pregoeiro Ciscopar <pregoeiro@ciscopar.com.br>

21 de outubro de 2025 às 08:15

Bom dia,

Obrigado pelo breve retorno.

Atenciosamente,



De: Pregoeiro Ciscopar <pregoeiro@ciscopar.com.br>
Enviado: terça-feira, 21 de outubro de 2025 08:13
Para: Albert Fernandes <licitacoes@zmhospitalar.com.br>
Assunto: Re: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 21/2025.

[Texto das mensagens anteriores oculto]